

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(5333DoC\_103)



Als Hersteller bescheinigt

**PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde**

hiermit für das folgende Produkt:

**Typ: 5333**

**Name: 2-Draht Universal Messumformer**

**Ab seriennr.: 161966001**

die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:

Die EMV Richtlinien 2014/30/EU und nachfolgende Änderungen:

**EN 61326-1 : 2013**

Bezüglich der Prüfbedingungen für die Störaussendung, finden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung. Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische Daten des Gerätes.

Die ATEX Richtlinien 2014/34/EU und nachfolgende Änderungen:

**EN 60079-0 : 2012, EN 60079-11 : 2012, EN 60079-15 : 2010  
und EN 60079-26 : 2007**

**ATEX-Zertifikat: KEMA 10ATEX0003 X (5333A)**

**ATEX-Zertifikat: KEMA 03ATEX1535 X (5333D)**

Änderungen zur Einhaltung der folgenden Nachfolgenormen sind nicht erforderlich.

**EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013**

ATEX Zulassungsstelle (Typgenehmigung):

**DEKRA Certification B.V.  
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem  
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem  
The Netherlands**

Die RoHS2 Richtlinien 2011/65/EU und nachfolgende Änderungen

**EN 50581 : 2012**

Zulassungsstelle 0344:

**DEKRA Certification B.V.  
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem  
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem  
The Netherlands**

Rønde, 5. Dezember 2017

Stig Lindemann, CTO

Unterschrift des Herstellers